Приложение к Свидетельству
о регистрации в РСК
№ 001662
от 19 января 2024 г.

ОБЛАСТЬ ПРИЗНАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай» (ФБУ «Алтайский ЦСМ»)
656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 4А

наименование и адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)

656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 4А

место осуществления калибровочной деятельности

ДТЛ

шифр калибровочного клейма

N п/п	Калибруемые средства измерений			Примечание
	Группы (типы) средств измерений, измеряемая величина	Метрологические характеристики		
		диапазон измерений (ед. изм.)	Неопределенность; погрешность; класс точности; разряд; цена деления (ед. изм.)	
1	2	3	4	5
Измерения геометрических величин				
1.	Щупы	(0,02 – 1,0) мм	КТ 2	
2.	Линейки измерительные металлические	(0 – 1000) мм	ПГ ±(0,1 – 0,2) мм	
3.	Индикаторы часового типа	(0 – 50) мм	КТ 0; КТ 1; КТ 2	
4.	Микрометры гладкие типов МК, МЛ, МТ, МГ	(0 – 600) мм	КТ 1; КТ 2	
5.	Нутромеры индикаторные	(6 – 450) мм	КТ 1; КТ 2	

6.	Штангенциркули	(0 – 1000) мм	КТ 1; КТ 2	
7.	Рулетки измерительные	(0 – 100) м	КТ 2; КТ 3	
8.	Сита лабораторные	(0,02 – 125) мм	Отклонения среднего размера ячейки (0,0023 – 3,66) мм	
9.	Ростомеры	(0 – 2100) мм	ПГ ±4 мм	
	Измерения механических величин			
10.	Весы автомобильные для статического взвешивания	(0,1 – 100) т	КТ средний; КТ обычный	
11.	Весы электронные (с регистрацией массы и цены, настольные, напольные платформенные, медицинские, подвесные, модули взвешивающие)	$(1\cdot10^{-3}$– 5000) кг	КТ средний; КТ обычный	
12.	Гири	$(1\cdot10^{-3}$ – 1) кг, 10 кг, 20 кг $(1\cdot10^{-3}$ – 20) кг $(1\cdot10^{-6}$ – 20) кг (1 – 10) кг	2 разряд, КТ F1 3 разряд, КТ F2 4 разряд, КТ M1 КТ M2; M3	
13.	Пурки литровые	(720 – 820) г/л	ПГ ±4 г	
	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ			
14.	Цистерны передвижные	(300 – 50000) дм^3	ПГ ±0,4 %	
15.	Резервуары стальные вертикальные и горизонтальные цилиндрические	вертикальные (100 – 3000) м^3 (3000 – 4000) м^3 5000 м^3 горизонтальные (3 – 75) м^3	геометрический метод ПГ ±0,20 % ПГ ±0,15 % ПГ ±0,10 % геометрический и (или) объемный метод ПГ ±0,25 %	

		(100 – 200) $м^3$	ПГ ±0,25 %	
Измерения давления, вакуумные измерения				
16.	Вакуумметры, манометры, тягомеры, напоромеры	ВПИ (минус 0,1 – 60) МПа	КТ (0,25 – 4)	
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
17.	Установки воздушно-тепловые для измерения влажности зерна и зернопродуктов	(5 – 45) %	ПГ ±0,5 %	
Измерения электротехнических и магнитных величин				
18.	Блоки питания постоянного и переменного тока, стабилизаторы напряжения	(0 – 1000) В (0 – 240) А	ПГ ± (0,02 – 30) % ПГ ± (0,1 – 30) %	
Радиоэлектронные измерения				
19.	Вольтметры и амперметры постоянного и переменного тока цифровые, вольтметры универсальные, мультиметры цифровые	$(10^{-5} – 10^{3})$ В $(10^{-8} – 20)$ А $(10^{-5} – 2\cdot10^{9})$ Ом $(10^{-9} – 10^{-4})$ Ф $(0 – 1\cdot10^{6})$ Гц	ПГ ± (0,003 – 50) % ПГ ± (0,03 – 50) % ПГ ± (0,004 – 20) % ПГ ± (0,4 – 20) % ПГ ± (0,001 – 10) %	

Руководитель
Исполнительного органа РСК А.Н. Крошкин

м.п.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» ФГБУ «ВНИИМС» * Научно-методический центр - Исполнительный орган РСК * РСК